

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW
DEFIBRYLATORA AED

LP.	Nazwa parametru	Parametry wymagane
1	Półautomatyczny, defibrylator zewnętrzny, fabrycznie nowy, rok produkcji 2017	TAK
2	Gwarancja producenta na defibrylator min. 8 lat	TAK
3	Polecenia głosowe w języku polskim	TAK
4	Dwufazowa fala defibrylacyjna	TAK
5	Baterie zintegrowane z elektrodami	TAK
6	Okres żywotności baterii i elektrod min. 4 lata	TAK
7	Elektrody samoprzylepne do defibrylacji z informacją graficzną, w którym miejscu mają zostać umieszczone na ciele poszkodowanego	TAK
8	Wyposażenie w wskaźniki wizualne wspierające komendy głosowe, podświetlane w zależności od postępu akcji ratowniczej.	TAK
9	Certyfikat CE oraz FDA	TAK
10	Liczba możliwych wyładowań > 60	TAK
11	Algorytm postępowania według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji	TAK
12	Aktualizacja oprogramowania w przypadku zmiany algorytmu postępowania według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, bez konieczności wymiany całego urządzenia lub odsyłania do producenta	TAK
13	Gwarancja na zapewnienie urządzenia zastępczego na czas serwisu	TAK
14	Klasa bezpieczeństwa IP min. 56	TAK
15	Metronom	TAK
16	Waga nie większa niż 1,5 kg	TAK
17.	Torba transportowa w zestawie. Obsługa AED bez konieczności wyjmowania z torby. Torba z kieszenią na set ratunkowy.	TAK
18	Zakres energii 150-200J	TAK
19.	Możliwość przechowywania AED z podłączonymi elektrodami	TAK

20	Zestaw ratunkowy w torbie (nożyczki, maska CPR, golarka, folia życia, gaza, rękawiczki nitrylowej – 2 pary)	TAK
21	Automatyczna analiza EKG	TAK
22	Dostępność treningowej wersji urządzenia	TAK
23	Gwarancja producenta na bezpłatne baterie i elektrody w przypadku użycia, po każdej akcji ratowniczej z wykorzystaniem defibrylatora AED	TAK
24	Gwarancja producenta na bezpłatny defibrylator AED dla osoby uratowanej	TAK
25	Opcja pediatryczna w postaci baterii z dedykowanymi elektrodami pediatrycznymi, umożliwiające bezpieczną defibrylację dzieci od 1 do 8 roku życia.	TAK

Uwaga! W kolumnie "Oświadczenie spełnienia parametru" – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.